

# 富士フイルムメディカル(株)上部消化管用スコープ 仕 様 書

1. 電子内視鏡 EG-600WR

2022年4月

## 1)適用範囲

本仕様書は、光源装置/プロセッサ装置 XL-4450/VP-4450HDまたは  
またはXL-4450/VP-3500HDと組み合わせて使用する上部消化管用内視鏡に  
適用します。

## 2)使用目的

体内、管腔、体腔または体内腔に挿入し、体内、管腔、体腔または体内腔の観察、  
診断、撮影または治療のための画像を提供する事です。  
本製品は医師の管理下で医療施設において食道、胃、十二指腸の観察、診断、治療に  
用います。

## 3)品名及び構成内訳

ビデオ軟性胃十二指腸鏡(EG-600WR) 1台

## 4)その他

入札機器のうち医療用具に関しては、入札時点で薬事法に定められている製造承認  
を得ている物品である。

## 5)仕様

上部消化管用ビデオ軟性胃十二指腸鏡

- 1 性能・機能について、以下の要件を満たす。
  - 1-1 湾曲角度は、UP:210° ,DOWN:90° ,RIGHT:100° ,LEFT:100° である。
  - 1-2 内視鏡的な視野方向は、0° (直視)である。
  - 1-3 メガピクセルCMOSイメージセンサーを搭載している。
  - 1-4 内視鏡的な視野角は、140° である。
  - 1-5 内視鏡的な観察範囲は、2~100mmである。
  - 1-6 挿入部最大外径は、φ 10.7mm以下である。
  - 1-7 内視鏡部の有効長は、1100mmである。
  - 1-8 内視鏡部の全長は、1400mmである。
  - 1-9 鉗子口径は、φ 2.8mmである。
  - 1-10 ウォータージェット機能を搭載し、送水により観察時及び処置時の視野確保が  
可能である。