

令和6年11月11日

# 仕様書

社会福祉法人<sup>恩賜</sup>済生会支部  
福岡県済生会飯塚嘉穂病院  
院長 関口 直孝  
[ 公印省略 ]

## I. 調達物品

MRI 装置用液体ヘリウムガス 500L

## II. 構成

MRI 装置用液体ヘリウムガス 500L (MRI 装置冷却用)

## III. 調達物品に備えるべき機能および性能

	MRI 装置用液体ヘリウムガス 500L は以下の条件を満たすこと。
1-1	MRI 装置の超伝導磁石冷却として使用するもの。
1-2	ヘリウム純度: 99.995%以上
1-3	相対湿度: 無水 (ドライ) 条件
1-4	温度: $-268.9^{\circ}\text{C}$ 以下
1-5	酸素含有量: 5ppm 以下
1-6	水分含有量: 3ppm 以下
1-7	炭化水素含有量: 1ppm 以下

## IV. 適合参考機種

・特になし

## V. その他

- ・当院への搬入、組み立て、据え置き、取り扱い、説明等を含めた額とすること。
- ・適合参考物品以上の機能を有する製品は可とする。